

ОКП 42 1211



Преобразователь давления (манометр, вакуумметр,
мановакуумметр) типа МЭД взаимозаменяемый

ПАСПОРТ 3.9060.360 ПС

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь давления (манометр, вакуумметр, мановакуум-
(нужное подчеркнуто)
метр) взаимозаменяемый типа МЭД модели 22364; 22365; заводской
номер 6037 соответствует ТУ 25.05.1617-74 и признан
годным для эксплуатации.

Код преобразователя указан в приложении.

Штамп: контролера отдела
технического контроля



Дата выпуска

16 12 14

г.

Подпись ответственного за приемку

Сев

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Верхний предел измерений избыточного давления _____
1 МПа, kgf/cm².

(нужное подчеркнуто)

2.2. Верхний предел измерений вакуумметрического давления _____
МПа, kgf/cm².

(нужное подчеркнуто)

2.3. Выходным сигналом прибора является взаимная индук-
тивность.

При изменении измеряемого давления в манометрах и вакуум-
метрах от нуля до верхнего предела измерений, в мановаку-
умметрах от верхнего предела измерений вакуумметрического
давления до верхнего предела измерений избыточного давления,
взаимная индуктивность изменяется от нуля до верхнего предель-
ного значения, равного 10 мН.

2.4. Класс точности (К) 1; 1,5.

(нужное подчеркнуто)

2.5. Основная погрешность не превышает $\pm K$.

Основная погрешность выражается в процентах верхнего предела
измерений—для манометров и вакуумметров и суммы абсолютных
значений верхних пределов измерений—для мановакуумметров.

2.6. Частота питающего тока 50 Hz.

2.7. Климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 %.

2.8. Материалы деталей, соприкасающихся с измеряемой средой: ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70); БрОФ4-0,25 (ГОСТ 5017-74), сталь 50ХФА (ГОСТ 14959-79), сплав ЛА11КМц ПТ (ТУ-48-21-363-74).

2.9. Вероятность безотказной работы за 2000 h не менее 0,98.

2.10. Масса прибора не более 2 kg.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Прибор типа МЭД	1	шт.
2. Паспорт	1	экз.
3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	экз.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соблюдение

технических условий при эксплуатации, хранения, транспортирует соответствие прибора требованиям

Гарантийный срок — 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию. Потребителем условий эксплуатации прибора в эксплуатацию. портирования и монтажа.

эксплуатации — 24 месяца со дня ввода при-

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

приемки продукции пр

5.1. Рекламации должны рассматриваться в соответствии с „Инструкцией о порядке исполнения Государственного стандарта на производство-техническое обслуживание изделий 1966 года № П-7 (с дополнениями по качеству“, мечаниями, внесенными постановлением Госплана СССР от 14 ноября 1974 года № 98).

5.2. Предъявленные

исполнениями и при- рбитража СССР от

рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по ним, регистрируются в настоящем разделе.

Обозначение модели	Класс точности	Приложение
22364	1	К о л 0302 08
	1,5	42 1211 0303 07
22365	1	42 1211 0304 06
	1,5	42 1211 0305 05