



®

ПНВП «МІКРОТЕХ»**УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК**

з 1995р.

ДОБІРНОГО ПРОМИСЛОВОГО ІНСТРУМЕНТУ, УСТАТКУВАННЯ
ПІДТВЕРДЖЕНОЇ ЧАСОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА РЕПУТАЦІЇЗареєстрований торговельний знак МІКРОТЕХ®
Зареєстрованный торговый знак МИКРОТЕХ®
Registered trade mark MICROTECH®Офіс: 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 39
Тел.: (057) 761-45-60 Факс: (057) 739-03-50/(057) 739-03-46
E-mail: tool@microtech-ua.com <http://www.microtech-ua.com>**Свідоцтво**про метрологічну атестацію засобу вимірювальної техніки, на який не поширюється
державний метрологічний нагляд№ 13-3570Від « 20 »грудня

2013 р.

Мікрометр важільний МР-25-0,001, зав. № 130394069

(назва засобу вимірювальної техніки, позначення, порядковий номер, дата виготовлення)

Виробник ПНВП «МІКРОТЕХ», м. Харків

(назва підприємства)

Належить ПНВП «МІКРОТЕХ», м. Харків

(назва підприємства, організації)

Призначення (галузь застосування) для вимірювання лінійних розмірів

(стисла характеристика об'єкту, для якого призначено засіб вимірювальної техніки)

Умови проведення t = 20 °C; B = 54 %

(температура, вологість тощо)

Результати метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Одержане значення метрологічної характеристики	Назва, тип, основні метрологічні характеристики робочих еталонів, застосованих під час атестації
Абсолютна похибка відлікового пристрою, мкм, не перевищує	± 1,5	Плоскопаралельні кінцеві міри довжини 4 розряду згідно з ДСТУ 3741-98
Абсолютна похибка мікрометра, мкм, не перевищує	± 3,5	

За результатами метрологічної атестації (протокол № 3570 від 20.12.2013 р.)Мікрометр важільний МР-25-0,001, зав. № 130394069

(назва, позначення атестованого ЗВТ)

визнано таким що відповідає

МТ 08.12.001 ТЗ «Микрометры рычажные (МИКРОТЕХ)».Техническое задание

(назва технічної документації, що містить вимоги до метрологічних характеристик)

та придатним до застосування.

Повірку проводити відповідно до


ДСТУ ГОСТ 8.411:2009 «Микрометры рычажные».

(назва та позначення документа, що містить методику повірки атестованого ЗВТ)

Методика поверки


Міжповірочний інтервал – 12 місяців.

Директор ПНВП «МІКРОТЕХ»



Б.П. Крамаренко

Начальник калібрувальної лабораторії
ПНВП «МІКРОТЕХ»





Т.П. Гуз

Примітка 1. Форма свідоцтва про метрологічну атестацію відповідає вимогам ДСТУ 3215-95.

Примітка 2. Свідоцтво зберігають протягом усього періоду експлуатації ЗВТ (згідно з ДСТУ 3215-95).