

**ПРИБОР М1690 А**

Код ОКП	Наименование прибора	Примечание
42 2315 0321 03	Микроамперметр	
42 2315 0322 02	Миллиамперметр	

* Соответствует изготовленному прибору.

№ 42514**П А С П О Р Т****1. Основные технические данные**

Класс точности

1,0

Сведения о суммарной массе драгоценных материалов: платина 0,00176 г.

Сведения о суммарной массе цветных металлов:

алюминий и алюминиевые сплавы — 10,5 г;

медь и сплавы на медной основе — 34,35 г.

2. Комплектность

С прибором поставляются:

паспорт

— 1 экз.;

техническое описание и инструкция

по эксплуатации (на партию приборов,

входящих в один упаковочный ящик) — 2 экз.

3. Свидетельство о приемке

Прибор М1690А соответствует ТУ 25-04.135-76

и признан годным для эксплуатации.



Дата выпуска

17.08.15

Представитель ОТК

М. П.

Первичную поверку произвел

М. П.

Представитель заказчика

4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев со

дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 42

месяцев со дня отгрузки потребителю.

Приборы относятся к невосстанавливаемым и неремонтируемым, однофункциональным изделиям.

5. Отметка о вводе в эксплуатацию

Дата ввода в эксплуатацию

Дата выпуска **11.08.15**



Представитель ОТК

М. П.

Первичную поверку произвел

М. П.

Представитель заказчика

4. Гарантии изготовителя

4.1. Гарантийный срок эксплуатации — 42 месяца со дня ввода приборов в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с момента изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Приборы относятся к невосстанавливаемым, неремонтируемым однофункциональным изделиям.

5. Отметка о вводе в эксплуатацию

5.1. Дата ввода в эксплуатацию.