

10 96152 199-05

ТЕРМОМЕТР ТМ221

(вариант)

зав. №

160305

ПАСПОРТ БЫ2.821.221 ПС

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Сопротивление элемента чувствительного при 0°C 100,07 Ом, гр. 6

1.2. Градуировочная характеристика термометра:

Температура, °C	Сопротивление, Ом	Температура, °C	Сопротивление, Ом
-50	78,93		
0	100,10		
20	108,57		
50	121,27		
100	142,44		
150	163,61		
200	184,78		

1.3. Драгоценные материалы, содержащиеся в изделии:

золото — покрытие контактных площадок

серебро — провода выводов с серебряным покрытием.

Примечание. Остальные технические характеристики приведены в ТО.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Термометр, ПС.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Термометр соответствует БЫ2.821.221 ТУ и допускается к эксплуатации.

Изготовлен по _____ Изготовлен для _____
(заполняется при изготовлении по РК-75, РК-88, РК-98)

Поставщик гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией БЫ2.821.221 ТО, БЫ 0.282.010 ИЭ.

Гарантийный срок 12 лет (в том числе хранение 18 месяцев в составе изделия на открытой площадке) с 22 марта 20 17 г.

Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока:

1) для термометров ТМ221, ТМ221-01:

в диапазоне температур от минус 50 до +200°C — 3,3 ч;

в диапазоне температур от 0 до 50°C — 3000 ч;

при температуре 25°C — 18000 ч.

Начальник УТК (ОТК)

ВИННИЧЕНКО

М.Ш. УТК (ОТК)

ОТК-10

4

3.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Термометр соответствует БИ2.821.221 ТУ и допускается к эксплуатации.

Изготовлен по _____ Изготовлен для _____ М.Ш. ПЗ
(заполняется при изготовлении по РК-75, РК-88, РК-98)

Начальник ПЗ

Представитель заказчика

М.П. _____ (_____) _____ (_____) _____
(подпись при изготовлении по РК-75, РК-88, РК-98)

Поле для специальных отметок и заключений.

4. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

(сведения об отступлениях от документации, входном контроле, движении, хранении, отказах и др.)