

ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ ДК-3-450

**Паспорт
414324.001ПС**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование изделия	Датчик концентрации
1.2 Обозначение	ДК-3-450
1.3 Предприятие изготовитель	ООО НТП «Экор»
1.4 Назначение	для измерения концентрации кислоты, аммиака (рН), а также потенциала оборудования в промышленных условиях.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик концентрации ДК-3-450 представляет собой втулку с электродами. Через втулку проходят основной и резервный электролитические мостики и рабочий электрод. Перед установкой датчика основной электролитический мостик соединяется с электродом сравнения, поставляемым в комплекте с датчиком. Вспомогательным электродом служит стенка аппарата.

2.1 Температура контролируемой среды, °С	0 ÷ 200
2.2 Нормальный потенциал электрода сравнения при температуре 20°С составляет, мВ	201±2
2.3 Длина выступающей части рабочего электрода, мм	2
2.4 Диаметр выступающей части рабочего электрода, мм	1
2.5 Сопротивление электролитического мостика не более, МОм	5
2.6 Масса не более, г	500

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Примечание
414324.001	Датчик концентрации ДК-3-450	1 шт.	
414324.001ПС	Паспорт	1 экз.	

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие датчика концентрации действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик концентрации ДК-3-450 зав. № 1349 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.



Контролер

личная подпись

05 03 2018
число месяц год