

**Научно-производственное предприятие «ОРИОН»  
г.Харьков**

**ГЕНЕРАТОР ХЛОР-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ**

**ГХВС-07**

№ 136

**Паспорт**

**ОКДМ 421320.010 ПС**



## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Диапазон значений массовой концентрации хлора в приготавливаемой хлор-воздушной смеси (ХВС) – от 0,3 до 20,0 мг/м<sup>3</sup>.

1.2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности генератора  $\pm 8\%$ .

1.3 Объемный расход приготавливаемой ХВС – от 0,4 до 1,0 л/мин

1.4 Условия эксплуатации генератора:

- температура окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98% во всем диапазоне рабочих температур;
- отсутствие воздействия прямых солнечных лучей.

1.5 Напряжение питающей сети ( $220^{+22}_{-33}$ ) В, частота ( $50 \pm 0,4$ ) Гц.

1.6 Потребляемая мощность, не более 20 В·А.

1.7 Габаритные размеры, не более 220 х 300 х 175 мм.

1.8 Масса генератора, не более – 4 кг.

1.9 Средний срок службы генератора 8 лет.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки генератора входят:

- генератор ГХВС-07 – 1 шт.;
- насадка поверочная с трубкой – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ОКДМ.421320.010 РЭ – 1 экз.;
- паспорт ОКДМ.421320.010 ПС – 1 экз.;
- вставка плавкая ВПБ-6-0,5 – 1 шт.

## 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Генератор ГХВС-07 заводской номер 136 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Савлучинский А. А.

«03»

2016 г.

#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Генератор ГХВС-07 заводской номер 136, на основании результатов государственной метрологической аттестации, произведенной ГП «Харьковстандартметрология», признан годным и может быть использован, как рабочий эталон для градуировки, поверки газоанализаторов и сигнализаторов хлора.

Свидетельство № 08/0098 от "11" 03 2016 г.

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Генератор ГХВС-07 заводской номер 136 упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документации

Упаковщик



Гураль И.Т.

«16»

03

2016 г.

#### 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие генераторов требованиям ОКДМ.421320.010 РЭ, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации — 12 мес. со дня метрологической аттестации.

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт.

Предприятие-изготовитель: ООО НПП "ОРИОН"

Украина, 61070, г. Харьков, ул. Рудика 4

тел. +38 (057) 719-40-53, 719-40-55

E-Mail: [info@orion.com.ua](mailto:info@orion.com.ua); <http://www.orion.com.ua>

ОДО «КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

## КОНТАКТОР ТКС 101 ДОД

ОКП 75 5385 0059 07

## ЭТИКЕТКА

на партию № 15.1

## 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия контакторов ТКС-101ДОД в количестве шт. 1 изготовлена и принята  
соответствии с техническими условиями 8АО.361.026.ТУ и признана годной к  
эксплуатации.



Начальник ОТК

М.П.

подпись

дата

Линия отреза при поставке на экспорт

Представитель заказчика

Руководитель предприятия

подпись

дата

М.П.

подпись

дата

М.П.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Масса изделия, кг не более 0,37

2.2. Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:

Серебра – 2,54 гМеди – 0,05 кг

## 3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Все работы, связанные с установкой, ремонтом, демонтажем и заменой узлов и деталей производить только специально подготовленному персоналу.

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества контактора требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 9 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Допускается увеличение гарантийного срока эксплуатации за счет уменьшения гарантийного срока хранения.

ОДО «КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

**КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КМ-50Д-В**

ОКП 34 1101 0309

**ЭТИКЕТКА**на партию № 16.1**1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

1.1. Перед установкой контактора ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

**2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Контакторы электромагнитные КМ-50Д-В проверены в количестве 3 шт.; соответствуют требованиям технической документации, технических условий КМ-50Д-В ТУ и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

подпись

дата

Линия отреза при поставке на экспорт

Представитель заказчика

Руководитель предприятия

подпись

дата

М.П.

М.П.

подпись

дата

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

3.1. Основные технические данные и характеристики приведены в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

3.2 Масса, кг, не более 0,2

3.3. Содержание драгоценных металлов (серебро), г: - 1,43708

**4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1. Все работы, связанные с установкой, ремонтом, демонтажем и заменой узлов и деталей производить только специально подготовленному персоналу.

**5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие качества контактора требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

ПЕ 011УЗ исл. 2 - 1шт



ПЕ 031УЗ исл. 1 - 1шт

ПЕ 182УЗ исл. 2 - 1шт.



(Наименование изделия)

ТУ 16.526.408-82


(Нормативно технический документ)

(Количество в упаковке)

Штамп ОТК

Дата

03.16



(Подпись упаковщика)

Адрес завода-изготовителя:

Хмельницкое шоссе, 32  
г. Каменец-Подольский  
Украина  
32300