

Норма средней наработки до отказа прибора 65750 ч.
Средний срок службы прибора 10 лет (при средней интенсивности эксплуатации прибора до 18 ч в сутки).

Масса цветных металлов:
алюминий и алюминиевые сплавы (обойма, буксы, циферблат, стрелка, каркас рамки) — 12,3 г;
медь и сплавы на медной основе (токоведущие и крепежные детали) — 17,0 г

**МИКРОАМПЕРМЕТР
МИЛЛИВОЛЬТМЕТР**

M42304

ПАСПОРТ



Свидетельство о приемке						Гарантии изготовителя								
Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-0444.017-85 и признан годным для эксплуатации.						Гарантийный срок хранения -- 6 месяцев с момента изготовления прибора. Гарантийный срок эксплуатации -- 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.								
Основные технические данные и характеристики						Комплектность								
Класс точности	Диапазон измерений	Масса прибора, кг, не более	Масса калиброванных проводов, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса платинового сплава, г	Прибор, шт.	Гайка М3, шт.	Шайба 3, шт.	Шайба пружинная 3, шт.	Провода калиброванные, пара	Инструкция по эксплуатации на партию приборов (по требованию заказчика), экз.	Паспорт, экз.	ОТК 83	12
													Дата выпуска	
1,5	0-100 мА	0,16		80×80×50		1	6	8	6		1	1	24.06.15	