

Норма средней наработки до отказа прибора 65750 ч.
Средний срок службы прибора 10 лет (при средней интенсивности эксплуатации прибора до 18 ч в сутки).

Масса цветных металлов:

- алюминий и алюминиевые сплавы (обойма, буксы, циферблат, стрелка, каркас рамки) — 9,5 г
- медь и сплавы на медной основе (токоведущие и крепежные детали) — 14,0 г

* Гайки и шайбы без никелевого покрытия применять для крепления прибора к щиту.

**МИКРОАМПЕРМЕТР
МИЛЛИВОЛЬТМЕТР**

М 42305

ПАСПОРТ



Свидетельство о приемке						Гарантии изготовителя								
Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-0444.017-85 и признан годным для эксплуатации.						Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления прибора. Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.								
Основные технические данные и характеристики						Комплектность								
Класс точности	Диапазон измерений	Масса прибора, кг, не более	Масса калиброванных проводов, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса платинового сплава, г	Прибор, шт.	* Гайка М3, шт	* Шайба 3, шт.	Шайба пружинная 3, шт.	Провода калиброванные, пара	Инструкция по эксплуатации на партию приборов (по требованию заказчика), экз.	Паспорт, экз.	ОТК 83	12
													Дата выпуска	
1,5	50-0-50 мА	0,13		60×60×50		1	4	6	4		1	1	25.08.15	