

ВАКУУММЕТР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ**БЛОКИРОВОЧНЫЙ****РВЭ – 4.1 (РКСА 421865.011. ПС)****Паспорт**

1. Общие сведения об изделии
 - 1.1. Наименование – вакуумметр теплотехнический блокировочный
 - 1.2. Обозначение – РВЭ – 4.1
 - 1.3. Предприятие – изготовитель – фирма «ЭРГОС»
 - 1.4. Номер изделия - _____
2. Основные технические данные
 - 2.1. Вакуумметр теплотехнический блокировочный предназначен для индикации величины давления воздуха и управления внешними устройствами.
 - 2.2. Диапазон измерения, Па, 0.1 – 10*5.
 - 2.3. Тип преобразователя ПМТ – 6-3.
 - 2.4. Количество каналов 1.
 - 2.5. Максимальное напряжение на нагрузке по выходам – 250В при токах до 2А.
 - 2.6. Напряжение питания, В, 220(+10 - 15%).
 - 2.7. Потребляемая мощность, ВА, не более, 5
 - 2.8. Габаритные размеры, мм, 48x48x75
 - 2.9. Масса, кг, не более, 0,5.
 - 2.10. Условия эксплуатации:
 - Диапазон рабочих температур, °С, +5 ÷ +50
 - Относительная влажность, %, до 80 (при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги).
 - Атмосферное давление, от/до, кПа, 84/106
 - Воздействие вибрации Гц, от/до, 5/35

ВАКУУММЕТР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ**БЛОКИРОВОЧНЫЙ****РВЭ – 4.1 (РКСА 421865.011 ПС)****Паспорт**

1. Общие сведения об изделии
 - 1.1. Наименование – вакуумметр теплотехнический блокировочный
 - 1.2. Обозначение – РВЭ – 4.1
 - 1.3. Предприятие – изготовитель – фирма «ЭРГОС»
 - 1.4. Номер изделия - _____
2. Основные технические данные
 - 2.1. Вакуумметр теплотехнический блокировочный предназначен для индикации величины давления воздуха и управления внешними устройствами.
 - 2.2. Диапазон измерения, Па, 0.1 – 10*5.
 - 2.3. Тип преобразователя ПМТ – 6-3.
 - 2.4. Количество каналов 1.
 - 2.5. Максимальное напряжение на нагрузке по выходам – 250В при токах до 2А.
 - 2.6. Напряжение питания, В, 220(+10 - 15%).
 - 2.7. Потребляемая мощность, ВА, не более, 5
 - 2.8. Габаритные размеры, мм, 48x48x75
 - 2.9. Масса, кг, не более, 0,5.
 - 2.10. Условия эксплуатации:
 - Диапазон рабочих температур, °С, +5 ÷ +50
 - Относительная влажность, %, до 80 (при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги).
 - Атмосферное давление, от/до, кПа, 84/106
 - Воздействие вибрации Гц, от/до, 5/35

3. Комплектность

- 3.1. Вакуумметр теплотехнический блокировочный РВЭ – 4.1, шт, 1
- 3.2. Преобразователь ПМТ – 6-3, шт., 1
- 3.3. Кольцо крепежное, шт., 1
- 3.4. Паспорт, шт, 1
- 3.5. Руководство по эксплуатации шт., 1
- 3.6. Гнездо под преобразователь шт, 1

4. Свидетельство о приемке

- 4.1. Вакуумметр теплотехнический блокировочный РВЭ – 4.1 № _____
соответствует ТУ У 24671681-001-97 и признан годным для эксплуатации с преобразователем ПМТ-6-3 № _____

Дата выпуска _____

Приемку произвел _____

М.П.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие техническим характеристикам вакуумметра теплотехнического блокировочного при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в паспорте. Гарантии не распространяются на устройство подвергшееся вскрытию и ремонту не на предприятии-изготовителе.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

Адрес: УКРАИНА, г. Харьков,

Фирма «ЭРГОС». тел. (057) – 751-01-72; 758-77-07

3. Комплектность

- 3.1. Вакуумметр теплотехнический блокировочный РВЭ – 4.1, шт, 1
- 3.2. Преобразователь ПМТ – 6-3 шт., 1
- 3.3. Кольцо крепежное, шт., 1
- 3.4. Паспорт, шт, 1
- 3.5. Руководство по эксплуатации шт., 1
- 3.6. Гнездо под преобразователь шт, 1

4. Свидетельство о приемке

- 4.1. Вакуумметр теплотехнический блокировочный РВЭ – 4.1 № _____
соответствует ТУ У 24671681-001-97 и признан годным для эксплуатации с преобразователем ПМТ-6-3 № _____

Дата выпуска _____

Приемку произвел _____

М.П.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие техническим характеристикам вакуумметра теплотехнического блокировочного при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в паспорте. Гарантии не распространяются на устройство подвергшееся вскрытию и ремонту не на предприятии-изготовителе.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

Адрес: УКРАИНА, г. Харьков,

Фирма «ЭРГОС». тел. (057) – 751-01-72; 758-77-07