



**ПИРОМЕТРЫ ЧАСТИЧНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ «СМОТРИЧ-4П» ,
«СМОТРИЧ-5П»**

П А С П О Р Т

5ЦО.282.293 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПИРОМЕТРЕ

1.1. Наименование и обозначение пирометра Смотрич 417-03

1.2. Дата выпуска 07.2015

1.3. Заводской номер 1534

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Наименование, исполнение и модификация пирометра

"Смотрич 417-03"

2.2. Диапазон измеряемых температур, °С,

от 30 до 200

2.3. Рабочий спектральный диапазон, мкм,

от 2 до 9

2.4. Показатель визирования, номинальное значение

1:15

2.5. Время установления показаний, s, не более

2,5

2.6. Предел допускаемой основной погрешности, %

2,0

2.7. Рабочее расстояние, номинальное значение

0,6

2.8. Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, °С, от

5 до 40

относительная влажность, %

80

2.9. Масса, kg

1,4

2.10. Время непрерывной работы пирометра
(до перезарядки источника), h,

4

2.11. Потребляемая мощность, w

0,4

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки пирометра указан в табл. 1

Таблица 1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол-во	Примечание
405.321.004	Пирометр частичного излучения переносной «Смотрич-4П-03»	1 шт	По спецификации заказа (заказ-наряда), исполнение и модификация в соответствии с табл. 1 и 2 405321.004 РЭ
4.161.127	в том числе : Футляр	1 шт.	
405321.004	Пирометры частичного излучения переносные «Смотрич-4П», «Смотрич-5П». Руководство по эксплуатации.		
0.282.293 ПС	Пирометры частичного излучения «Смотрич-4П», «Смотрич-5П» Паспорт.	1 экз	Для исполнения и модификации в соответствии с заказом (заказ-нарядом)


4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пирометр частичного излучения переносной «Смотрич 4П-03» заводской номер 1534 соответствует техническим условиям ТУ 25-7558.017-86 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 07.2015

Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Пирометр частичного излучения переносной «Смотрич 4П-03» заводской номер 1534 упакован 07.2015 - согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки 07.2015

Упаковку произвел _____ (подпись)

Пирометр после упаковки принял _____ (подпись)



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие пирометров требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

6.2. Срок гарантии устанавливается сроком 18 месяцев со дня ввода пирометра в эксплуатацию

6.3. Гарантийный срок хранения пирометра 12 месяцев со дня его изготовления.

Дата ввода в эксплуатацию _____

7. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата и время оказа пи- рометра	Характер неисправ- ности	Причина- неисправ- ности, количест- во часов работы пиро- метра	Принятые меры по устране- нию неисправ- ности, расход ЗИП	Должность фамилия и подпись лица,от- ветственно- го за уст- ранение неисправ- ности	Приме- чание
---	--------------------------------	--	--	---	-----------------

8. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ

Дата	Вид поверки	Результат поверки	Должность, фамилия и подпись поверяющего	Примечание
------	-------------	-------------------	--	------------

Гарантийное обслуживание, а также ремонт пирометров проводит НПО
«Укртермоконт» г. Каменец-Подольский