



ДКПП 33.20.51.390

**ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
СОПРОТИВЛЕНИЯ****Паспорт
530.282.030 ПС****1 Основные сведения о термопреобразователе сопротивления**

1.1 Обозначение типа	ТСМ- 0981
1.2 Исполнение	548888 044-05
1.3 Наименование и почтовый адрес изготовителя	ПАО "Электротермометрия" 43001, г. Луцк, Волинская обл., ул. Ковельская, 40

2 Основные технические данные

2.1 Рабочий диапазон, °C	от -50 до 100
2.2 Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования (НСХ)	50M по ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94)
2.3 Номинальное сопротивление при 0°C, Ом	50
2.4 Класс допуска	B
2.5 Предел допускаемого отклонения от НСХ при температуре верхнего предела измерения при изготовлении, °C	± 0,6
2.6 Условное давление, P _y , МПа	—
2.7 Длина монтажной части, мм	80
2.8 Материал монтажной части защитной арматуры	12X18H10T
2.9 Длина выводных проводников, мм	—
2.10 Количество чувствительных элементов	—
2.11*) Сведения о содержании драгоценных материалов, г, не более:	
платина	—
серебро	—
платинородий	—

Примечание: Масса драгоценных материалов каждой марки – среднее арифметическое из общей массы, затраченной на изготовление партии термопреобразователей сопротивления.

*) – только для ТСП

3 Комплектность

- Термопреобразователь — 1 шт.
Паспорт — 1 экз.
Руководство по эксплуатации — 1 экз. на 25 термопреобразователей или меньшее количество при отправке в один адрес
Монтажный комплект — поставляется в соответствии с техническими условиями и оговаривается при заказе

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяца со дня ввода термопреобразователей в эксплуатацию.

4.2 Изготовитель гарантирует соответствие термопреобразователей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования монтажа, эксплуатации и хранения.

5 Свидетельство о приемке и первичной калибровке

Термопреобразователь ТМ - 0984 заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 25-7363. 024-88 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 1 0. 2016
месяц, год

отпечаток штампа ОТК

отпечаток калибровочного
клейма

6 Указания по калибровке

6.1 Периодическая калибровка термопреобразователей проводится по ГОСТ 8.461-82.

6.2 Межкалибровочный интервал устанавливается потребителем в соответствии с ДСТУ 3989-2000.

7 Сведения об утилизации**)

Термопреобразователь сопротивления, отработавший срок службы или вышедший из строя, надлежит сдавать для изъятия драгоценных материалов в соответствии с инструкцией Министерства финансов Украины № 08-402/30 от 05.02.93.

**) — только для ТСП