

ДКПП 33.20.51.390



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Паспорт

1 Основные сведения о преобразователе термоэлектрическом

1.1 Обозначение типа

TXA-2388

1.2 Исполнение

5Ц2.822. 065-16

1.3 Наименование и почтовый адрес изготовителя

ПАО «Электротермометрия»,
43001, г. Луцк, Волынская обл.
ул. Ковельская, 40

2 Основные технические данные

2.1 Рабочий диапазон, °C

от 40 до 1000

2.2 Литерное обозначение номинальной статической характеристики преобразования (НСХ)

K

ГОСТ 3044-94

2.3 Класс

2

2.4 Предел допускаемого отклонения от НСХ

при температуре верхнего предела измерений, °C

±0,0075/1

2.5 Длина монтажной части, мм

500

2.6 Материал монтажной (погружаемой) части защитной арматуры

15Х25Т

2.7 Показатель тепловой инерции, с, не более

180

2.8 Масса, кг, не более

0,92

Преобразователь термоэлектрический
Паспорт
Руководство по эксплуатации

1 шт.

1 экз.

1 экз. на 25

преобразователей термоэлектрических или меньшее количество при отправке в один адрес.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода преобразователей в эксплуатацию.

4.2 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователей термоэлектрических требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

5 Свидетельство об упаковке

Преобразователь термоэлектрический ТХА-2388 упакован ПАО "Электротермометрия" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Дата изготовления

03.2015
месяц, год

ОТК
отпечаток штампа ОТК

6 Свидетельство о приемке и калибровке

Преобразователь термоэлектрический ТХА-2388 заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 25-7363. 034-89 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

03.2015
месяц, год

ОТК
отпечаток штампа ОТК

1К
отпечаток калибровочного клейма

7 Указания по калибровке

Периодическая калибровка преобразователей термоэлектрических производится в соответствии с ДСТУ ГОСТ 8.338-2004.