

Миллиамперметр, амперметр
и вольтметр

М4200

ПАСПОРТ



1. Основные технические данные

Класс точности 2,5
 Диапазон измерений 50V
 Масса прибора, kg, не более 0,2
 Габаритные размеры, мм, не более 80x80x49
 Содержание драгоценных материалов см. таблицу

2. Комплект поставки

Прибор 1 шт.
 Калиброванные провода
 Добавочное сопротивление
 Шунт
 Гайка М4
 Шайба 4
 Шайба пружинная 4
 Паспорт 1 экз.

3. Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04.1382-78, удовлетворяет требованиям заказ-наряда и признан годным для эксплуатации

4. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления приборов; гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

Дата выпуска 13.03.15

ОТК
91

Сведения о содержании драгоценных материалов				
Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты		Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии
Серебро	8ПЧ.114.000	5ПЧ.443.000	1	1
Пружинодержатель	8ПЧ.116.005	5ПЧ.441.000	1	1
Стрелкодержатель	8ПЧ.233.036	5ПЧ.148.001	1	1
Корректор	ОЖО.467.151ТУ			
Резистор				
C2-14-0,5				
Масса в 1 шт., г			0,000535	0,000535
Масса в 1 шт., г			0,002804	0,002804
Масса в 1 шт., г			0,006426	0,006426
Масса в 1 шт., г			0,009765	0,009765
Масса в 1 шт., г			0,0121358	0,0121358