

АМПЕРМЕТР,
МИЛЛИАМПЕРМЕТР,
ВОЛЬТМЕТР
М42100

ПАСПОРТ



Сведения о содержании драгоценных материалов

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в 1 шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
Серебро Пружинодержатель Стрелкодержатель	8ПЧ.114.000	5ПЧ.267.005	1	1	0,000567	0,000567		
	8ПЧ.116.005	5ПЧ.441.063	1	1	0,002898	0,002898		
						0,003465		
Техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию приборов (по требованию заказчика) 1 экз.								

Свидетельство о приемке					Гарантии изготовителя											
Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04-2257-77, удовлетворяет требованиям заказ-наряда и признан годным для эксплуатации. Содержание драгоценных материалов см. табл. 1, 2.					Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления прибора. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию.											
Основные технические данные и характеристики					Комплектность											
Класс точности	Диапазон измерений	Масса прибора, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса серебра и резисторах, г	Прибор, шт.	Гайка М3, шт.	Шайба 3, шт.	Шайба пружинная 3, шт.	Винт М3, шт.	Пластина, шт.	Провода калиброванные, парные, шт.	Дополнительное сопротивление, шт.	Шунт, шт.	Паспорт, экз.	Дата выпуска	
1,5	0-2 А	0,2	80×80×51		1					2					12	ОТК 183