ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

Манометр госповерки Сл. на склад 2018 год

ME 65

МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР И МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП – У, ВП – У, МВП – У

ПАСПОРТ
5ШО.283.385 ПС
АЭС

1.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1.Обозначение прибора и диапазон показаний :

Наименование	kPa	MPa	kgf/cm²
МП3-УУ2			
МП3А-УУ2			
МП4-УУ2			
МП4А-УУ2			
ВП3-УУ2			
ВП4-УУ2			
МВП3-УУ2			-1-0-9
МВП3А-УУ2			
МВП4-УУ2			
МВП4А-УУ2			

1.2.Измеряемая среда .....
(заполняется только для кислорода, ацетилена, хладона)

1.3.Класс точности 1,5

1.4.Резьба присоединительного штуцера М20х1,5

1.5.Размер квадрата под ключ, мм 22х22

1.6.Масса прибора, кг, не более .....

Исполнение прибора	Обозначение прибора	
	МП3-УУ2, МП3А-УУ2, ВП3-УУ2, МВП3-УУ2, МВП3А-УУ2	МП4-УУ2, МП4А-УУ2, ВП4-УУ2, МВП4-УУ2, МВП4А-УУ2
IP40	0,6	1,0
IP53	0,7	1,2

1.7.Содержание драгоценных материалов: серебро – в припое ПСр-40 в манометрах с верхними значениями диапазона показаний 100 и 160 MPa (1000 и 1600 kgf/cm²), г 0,2663

ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

1.8.Сведения о содержании цветных металлов в составных частях прибора указаны в приложении, которое высылается по запросу организации.

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол.	Примечание
1.Прибор	1 шт.	
2.Паспорт	1 экз.	
3.Руководство по эксплуатации	1 экз.	При доставке потребителю партии приборов не менее 10 шт. прилагается одно руководство на каждые 5 приборов.

3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1.Прибор № 5/н прошел технологическую наработку, соответствует требованиям ГОСТ 2405-88, ТУ 25-02.180335-84 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 11-2018

М. П. ОТК 35

Представитель ОТК _____

3.2.Периодическая поверка приборов в процессе эксплуатации проводится в соответствии с МИ 2124-90.
Межповерочный интервал – 1 год.

3.3.Конструирование и изготовление приборов ведется по лицензии Госатомнадзора России № СО – 12-104-0689.

4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1.Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-02.180335-84.

4.2.Гарантийный срок хранения прибора – 9 месяцев с момента изготовления.