

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПВ-6

Паспорт

3.036.019 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Преобразователь измерительный ПВ-6 предназначен для преобразования выходных сигналов первичных пирометрических преобразователей (ППП) полного и частичного излучения в аналоговые сигналы ГСП.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Предел допускаемого значения основной погрешности преобразователя при излучательной способности $\epsilon=0,5-1,0$ от верхнего предела измерения, % 1

2.2 Тип первичного пирометрического преобразователя, работающего с преобразователем измерительным ПВ-6 Терм-50

2.3 Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования первичного пирометрического преобразователя РК-15

2.4 Диапазон измеряемых температур, °C 400-1500

2.5 Время установления показаний, S 2

2.6 Выходные сигналы:

mA

4-20

2.7 Тип индикаторного табло

СДИ

2.8 Электрическое питание от сети переменного тока:
напряжением, V 220_{-33}^{+22}

частотой, Hz 50 ± 1

2.9 Потребляемая мощность, VA 5

2.10 Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, °C от 5 до 50

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки преобразователя указан в таблице

Обозначение	Наименование и условное обозначение	К-во	Примечание
3.036.019	Преобразователь измерительный ПВ-6	1 шт.	
3.036.019 ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз.	
3.036.019 ПС	Паспорт	1 экз.	
3.036.019 РС	Руководство по ремонту	1 экз.	По отдельному заказу
	Единичный комплект ЗИП	1 комп.	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь измерительный ПВ-6 заводской номер 0091 соответствует техническим условиям ТУ 25-7363.035-89 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 12.2018

Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.

Первично-ведомственную поверку произвел

Дата упаковки

Упаковку произвел

TK-116

