ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

42174-12010 42174-14010 42173-12010

ПРИБОР КПП-1-618

Предел измерения и градуировка 0-600°С ХК(L)

ПАСПОРТ

19В—ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Потенциометры КПП1, КПУ1, уравновешенный мост КПМ1 предназначены для измерения и сигнализации (регулирования) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока и активного сопротивления.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.	Основная погрешность приборов по показаниям, выраженная в % от нормирующего значения, не должна превышать	±0,5
2.2.	Вариация показаний не превышает абсолютного значения основной погрешности	
2.3.	Погрешность сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от нормирующего значения не должна превышать	±1,5
2.4.	Длина основной шкалы, mm	300
2.5.	Длина шкалы для установки указателей задачи регулирующих устройств, mm	100
2.6.	Диапазон установки указателей задачи сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от длины шкалы	10 90
2.7.	Диапазон установки указателей задачи выходных устройств, % от длины шкалы	0 100
2.8.	Приведенное сопротивление реостатного выходного устройства для дистанционной передачи показаний, Ω	

ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

2.9. Приведенное сопротивление реостатного задатчика со 100% зоной пропорциональности, Ω	330±40
2.10. Сопротивление реостатного датчика для программных регулирующих устройств, Ω	620±70
2.11. Габаритные размеры прибора, mm	160×200×500
2.12. Напряжение питания, V	220^{+22}_{-33}
частота, Hz	50±1
2.13. Потребляемая мощность, V, не более	16
2.14. Вероятность безотказной работы в течение 2000h	0,85
2.15. Срок службы, лет	10
2.16. Масса прибора, kg, не более	12
2.17. Быстродействие, s, не более	2,5 или 5
2.18. Максимальная частота вибрации, выдерживаемая прибором, Hz	25
амплитуда, mm	0,1

2.19. Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов приведены в приложениях 1, 2.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки прибора входят:

1. Прибор (в соответствии с заказом)	1 шт.
2. Коробка с запасными частями	1 шт.
3. Угольники для крепления прибора	2 шт.
4. Ключ к прибору	1 шт.
5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации прибора 21В-ТО	1 шт.
6. Паспорт на прибор 19В-ПС	1 шт.
7. Паспорт на усилитель	1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор КПП1-618 заводской номер 805226

соответствует ГОСТ 7164-78 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «25» 08 18 г.

Представитель ОТК завода

ОТК 442

ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02
amtorg.com.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Прибор _____ заводской номер _____

соответствует ГОСТ 7164-78 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «——» ——— г.

м. п. *Представитель заказчика* _____

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Прибор законсервирован и упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

25 08 18

Дата консервации и упаковки «——» ——— г.

Консервацию и упаковку произвел _____

ОТК 442

Прибор после консервации и упаковки принял _____

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения приборов--6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации—24 месяца с момента ввода прибора в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. Регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание.

7.2. При отказе в работе или неисправности прибора в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки прибора предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

Приложение 2

ВЕДОМОСТЬ

цветных металлов в приборе КПП1, КПУ1, КПМ1

Наименование металла сплава	Количество цветных металлов, содержащихся в изделии, кг	Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома, кг			Возможность демонтажа деталей и узлов при списании изделий
		при текущем ремонте	при капитальном ремонте	при полном износе изделия и его списании	
Классификация по группам (ГОСТ 1639-78)					
	I II III IV V X XI			I II III IV V X XI	
Алюминий и алюминиевые сплавы	0.037 0.095	0.009 0.024	0.042 1.513	0.037 0.095	Возмож.
Медь и сплавы на медной основе		0.042 1.513	0.237	0.009 0.024	Возмож.
		0.237	0.0935	0.042 1.513	
		0.0935	0.009	0.237	
		0.009		0.0935	
				0.009	

amtorg.com.ru
ООО "АМТОРГ"
+7(4722)40-00-02