

Программно-технический комплекс**Магнитный анализатор****КРМ-Ц-МА****Паспорт**

Дата выпуска	май 2015 г.		
Прибор	<u>№ 804</u>		
Преобразователь	<u>№ 804</u>		
Образец КР-1	<u>№ 7</u>	<u>2,7</u>	А/см
Образец КР-2	<u>№ 511</u>	<u>34,0</u>	А/см

1 Назначение

Магнитный анализатор предназначен для измерения параметров основной кривой намагничивания и петли гистерезиса изделий из ферромагнитных материалов.

2 Основные технические характеристики

Магнитный анализатор обеспечивает техническое размагничивание образцов, а также измерение:

1. Основной кривой намагничивания;
2. Кривой гистерезисного цикла;
3. Коэрцитивной силы;
4. Остаточной индукции;
5. Магнитной проницаемости.

Погрешность измерения магнитной индукции, не более, % 5

Погрешность измерения напряженности магнитного поля, не более, % 5

Потребляемый преобразователем постоянный ток, А ± 2

Напряженность магнитного поля при токе в катушках 2 А, кА/м, не менее 30

3 Комплект поставки

1. Блок управления 1 шт.
2. Измерительный датчик-преобразователь 1 шт.
3. Контрольные образцы 2 шт.
4. Сетевой кабель 1 шт.
5. Кабель связи с компьютером 1 шт.
6. Программное обеспечение 1 шт.
7. Техническое описание и руководство по эксплуатации 1 шт.
8. Паспорт 1 шт.

4 Гарантии изготовителя

Изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует магнитный анализатор КРМ-Ц-МА в течение 18 месяцев со дня изготовления, если за этот срок он выйдет из строя или снизит показатели своего качества ниже установленных паспортных норм.

Безвозмездная замена или ремонт производится при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5 Свидетельство о приемке

Магнитный анализатор КРМ-Ц-МА проверен, соответствует паспортным техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.