

ПО «Краснодарский ЗИП»



Паспорт  
0.469.857 ПС

**M381**

АМПЕРМЕТР, КИЛОАМПЕРМЕТР,  
ВОЛЬТМЕТР, МИЛЛИАМПЕРМЕТР,  
МИЛЛИВОЛЬТМЕТР И КИЛОВОЛЬТМЕТР

## 1. Основные технические данные и характеристики

1.1. Основные технические данные и характеристики амперметра (килоамперметра), вольтметра, миллиамперметра, милливольтметра, киловольтметра М381 (далее прибор) приведены в таблице.

| Наименование и тип                | Заводской номер | Класс точности |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Амперметр М381<br>(килоамперметр) |                 | 1,5            |
| Вольтметр М381                    |                 |                |
| Милливольтметр М381               |                 |                |
| Миллиамперметр М381               | 189860          |                |
| Киловольтметр М381                |                 |                |

1.2. Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в приложении 1.

1.3. Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении 2.

1.4. Полный средний срок службы прибора не менее 10 лет.

## 2. Комплектность

2.1. Прибор — 1 шт.

2.2. Приспособление для крепления прибора к щиту — 1 комплект.

2.3. Паспорт — 1 экз.

2.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (на партию приборов, поставляемых в один почтовый адрес) — 1 экз.

2.5. Калиброванные провода сопротивлением 0,035  $\Omega$  для амперметров с наружным шунтом и милливольтметров — 1 пара.

2.6. Комплект крепежных деталей для токопроводящих стержней — 1 шт.

2.7. Добавочные сопротивления и наружные шунты поставляются по отдельному заказу и за отдельную плату.

### 3. Свидетельство о приемке

3.1. Прибор, заводской номер 189860, соответствует ТУ 25-04.3577-78, поставляемый для АЭС — ТУ 25-04.АД1.3577-84, и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

25 12 18

Место  
клейма

Ведомственный поверитель-  
контролер ОТК

Продукция выпускается под контролем  
Госприемки

### 4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления; гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

4.2. Изготовитель не принимает претензии на приборы с механическими повреждениями корпуса, клейм, при несоответствии состава полученных приборов разделу «Комплектность», а также при отличии заводского номера в разделе «Свидетельство о приемке» от номера на приборе, если указанные дефекты не были выявлены при входном контроле.

Приборы и их запасные части, направляемые в ремонт, необходимо отгружать в деревянных ящиках, в крытых транспортных средствах или по почте посылками, приняв меры, исключаящие перемещение их относительно ящика, а также друг относительно друга.

4.3. Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

## 5. Сведения о рекламациях

5.1. В случае потери прибором работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя» потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет по адресу: 350010, г. Краснодар, 10, ул. Зиповская, 5, ПО «Краснодарский ЗИП», ОТК.

| Наименование | Масса в приборе, g | Конечное значение диапазона измерений и наименование |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Серебро      | 0,08               | Амперметры<br>(килоамперметры)                       |
|              | 0,08               | Милливольтметры                                      |
|              | 0,15               | Вольтметры<br>от 3 до 75 V,<br>от 3-0-3 до 75-0-75 V |
|              | 0,02               | Вольтметры<br>150, 250, 150-0-150,<br>250-0-250 V    |
|              | 0,04               | Вольтметры<br>от 300 до 750-0-750 V                  |

## Ведомость цветных металлов

| Наименование<br>металла, сплава       | Количество<br>цветных ме-<br>таллов, содер-<br>жащихся<br>в приборе, kg | Конечное<br>значение<br>диапазона<br>измерений |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Алюминий и алю-<br>миниевые сплавы | 0,054                                                                   |                                                |
| 2. Медь и медные<br>сплавы            | 0,036                                                                   | 1; 2; 3; 5 А                                   |
| 1. Алюминий и алю-<br>миниевые сплавы | 0,054                                                                   |                                                |
| 2. Медь и медные<br>сплавы            | 0,043                                                                   | 20; 30 А                                       |
| 1. Алюминий и алю-<br>миниевые сплавы | 0,054                                                                   | от 0,5 до 500 мА<br>от 3,0 до 750 V            |
| 2. Медь и медные<br>сплавы            | 0,009                                                                   | 75; 150 mV                                     |