

ДКПП 33.20.51.390



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Паспорт

1 Основные сведения о преобразователе термоэлектрическом

1.1 Обозначение типа	<u>ТХА-2088</u>
1.2 Исполнение	<u>5Ц2.822.048-2У</u>
1.3 Наименование и почтовый адрес изготовителя	ПАО «Электротермометрия», 43001, г. Луцк, Волынская обл. ул. Ковельская, 40

2 Основные технические данные

2.1 Рабочий диапазон, °C	от <u>40</u> до <u>600</u>
2.2 Литерное обозначение номинальной статической характеристики преобразования (НСХ)	<u>К</u> ГОСТ 3044-94
2.3 Класс	<u>2</u>
2.4 Предел допускаемого отклонения от НСХ при температуре верхнего предела измерений, °C	<u>±0,0075/1</u>
2.5 Длина монтажной части, мм	<u>320</u>
2.6 Материал монтажной (погружаемой) части защитной арматуры	<u>08Х13</u>
2.7 Показатель тепловой инерции, с, не более	<u>40</u>
2.8 Масса, кг, не более	<u>0,32</u>

3 Комплектность

Преобразователь термоэлектрический
Паспорт
Руководство по эксплуатации

1 шт.

1 экз.

1 экз. на 25

преобразователей термо-
электрических или меньшее
количество при отправке в
один адрес.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента ввода преобразова-
телей в эксплуатацию.

4.2 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователей термоэлектричес-
ких требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транс-
портирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

5 Свидетельство об упаковывании

Преобразователь термоэлектрический ТХА-2088 упакован ПАО "Электротермо-
метрия" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической доку-
ментации

Дата изготовления

1 1. 2015

месяц, год

ВТХ 564

отпечаток штампа ОТК

6 Свидетельство о приемке и калибровке

Преобразователь термоэлектрический ТХА-2088 заводской № _____ соответствует
техническим условиям ТУ 25-7363. 041-89 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

1 1. 2015

месяц, год

ВТХ 564

отпечаток штампа ОТК

отпечаток калибровоч-
ного клейма

7 Указания по калибровке

Периодическая калибровка преобразователей термоэлектрических производится
в соответствии с ДСТУ ГОСТ 8.338-2004.