

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

/ДП "Харківстандартметрологія"/

Вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, Україна

Уповноважено Мінекономрозвитку України
Свідоцтво про уповноваження № ПК 003-2014 від 16.05.2014 р.СВІДОЦТВО
про державну метрологічну атестацію№ 08/0769від 05.10.2015 р.

Газоаналізатор, ОКСИ 5М-2Н, № 151020, 10.2015 р.

назва засобу вимірювальної техніки, позначення, порядковий номер, дата виготовлення

Виробник ТОВ «Екотест», м. Харків

назва підприємства

Належить ТОВ «Екотест», м. Харків

назва підприємства (організації)

Призначення (галузь застосування) ЗВТ для вимірювання об'ємної частки кисню, оксиду вуглецю та температури димових газівУмови проведення $t = 21\text{ }^{\circ}\text{C}$, $B = 58\%$, $p = 750\text{ мм рт.ст.}$

(температура, вологість тощо)

Результати метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Одержане значення метрологічної характеристики	Назва, тип, основні метрологічні характеристики робочих еталонів, застосованих під час атестації
Абсолютна похибка вимірювання об'ємної частки кисню	0,1 %	Робочі еталонні газові суміші, ТУ У 24.1-02568182-001:2005;
Відносна похибка вимірювання об'ємної частки оксиду вуглецю	1,5 %	термометр лабораторний ТЛ-4, робочий еталон 3 розряду за ДСТУ 3742-98;
Відносна похибка вимірювання температури	0,2 %	перетворювач термоелектричний платинородій-платиновий ППО, робочий еталон 3 розряду за ДСТУ 3742-98

За результатами державної метрологічної атестації (протокол № 84522/1 від 05.10.2015 р.)
газоаналізатор, ОКСИ 5М-2Н

назва, позначення атестованого ЗВТ

визнаний таким, що відповідає настанові щодо експлуатування

назва технічної документації, що містить вимоги до метрологічних характеристик

Газоаналізатор ОКСИ 5М. Руководство по эксплуатации

та придатним до застосування.

Повірку проводити відповідно до методики повірки

назва та позначення документа, що містить методику повірки атестованого ЗВТ

МП Х 08.1520-2009 Інструкція. Метрологія. Газоаналізатор ОКСИ 5М. Методика повірки

Міжповірочний інтервал 12 місяців.В.о. заступника генерального
директора з метрологіїМ.П.
Керівник підрозділу

№1

підпис

підпис

Г.Р. Левченко

ініціали, прізвище

А.В. Пономарьов

ініціали, прізвище

Примітка. Свідоцтво підлягає збереженню протягом усього періоду експлуатації ЗВТ.