



з 1995р.

ПНВП «МІКРОТЕХ»

УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК

ДОБІРНОГО ПРОМИСЛОВОГО ІНСТРУМЕНТУ. УСТАТКУВАННЯ
ПІДТВЕРДЖЕНОЇ ЧАСОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА РЕПУТАЦІЇ



Зареєстрований торговельний знак МІКРОТЕХ®
Зареєстрованный торговый знак МИКРОТЕХ®
Registered trade mark MICROTECH®

Офіс: 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 39
Тел.: (057) 761-45-60 Факс: (057) 739-03-50/(057) 739-03-46
E-mail: tool@microtech-ua.com <http://www.microtech-ua.com>

СВІДОЦТВО

про метрологічну атестацію засобу вимірювальної техніки, на який не поширюється
державний метрологічний нагляд

№ 13-3010

Від «02»

жовтня

2013 р.

Штангенглибиномір, ШГ-200-0,02; клас точності 1, зав. № С 12719
(назва засобу вимірювальної техніки, позначення, порядковий номер, дата виготовлення)

Виробник ПНВП «МІКРОТЕХ», м. Харків

(назва підприємства, організації)

Належить ПНВП «МІКРОТЕХ», м. Харків

(назва підприємства, організації)

Призначення (галузь застосування) для вимірювання розмірів деталей (глибин)
(стисла характеристика об'єкту, для якого призначено засіб вимірювальної техніки)

Умови проведення t = 20 °C; B = 54%

(температура, вологість тощо)

Результати метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Одержане значення метрологічної характеристики	Назва, тип, основні метрологічні характеристики робочих еталонів, застосованих під час атестації
Абсолютна похибка, мм, не більше	± 0,04	Плоскопаралельні кінцеві міри довжини 3 кл. точності, згідно з ДСТУ ГОСТ 9038:2009

За результатами метрологічної атестації (протокол № 3010 від 02.10.2013 р.)
Штангенглибиномір ШГ-200-0,02; клас точності 1, зав. № С 12719
(назва, позначення атестованого ЗВТ)

визнано таким що відповідає МТ 08.10.001 ТЗ «Штангенглибиномер (МИКРОТЕХ)».
Техническое задание
(назва технічної документації, що містить вимоги до метрологічних характеристик)

та придатним до застосування.
Повірку проводити відповідно до МП-01.49:2009 «Штангенглибиномеры (МИКРОТЕХ)».
(назва та позначення документа, що містить методику повірки атестованого ЗВТ)
Методика поверки

Міжповірочний інтервал 12 місяців.

Директор ПНВП «МІКРОТЕХ»
Начальник калібрувальної лабораторії
ПНВП «МІКРОТЕХ»

Б.П. Крамаренко

Т.П. Гуз

Примітка 1. Форма свідоцтва про метрологічну атестацію відповідає вимогам ДСТУ 3215-95.
Примітка 2. Свідоцтво зберігають протягом усього періоду експлуатації ЗВТ (згідно з ДСТУ 3215-95).

