



з 1995р.

ПНВП «МІКРОТЕХ»**УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК**ДОБІРНОГО ПРОМИСЛОВОГО ІНСТРУМЕНТУ, УСТАТКУВАННЯ
ПІДТВЕРДЖЕНОЇ ЧАСОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА РЕПУТАЦІЇЗареєстрований торговельний знак МІКРОТЕХ®
Зарегистрированный торговый знак МИКРОТЕХ®
Registered trade mark MICROTECH®

Офіс: 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 39

Тел.: (057) 761-45-60 Факс: (057) 739-03-50/(057) 739-03-46

E-mail: tool@microtech-ua.com <http://www.microtech-ua.com>**Свідоцтво**про метрологічну атестацію засобу вимірювальної техніки, на який не поширюється
державний метрологічний нагляд№ 13-2289від «17» липня 2013 р.Скоба важільна цифрова СРЦ-25-0,001; клас 2, зав. № 1112003

(назва засобу вимірювальної техніки, позначення, порядковий номер, дата виготовлення)

Виробник ПНВП «МІКРОТЕХ», м. Харків

(назва підприємства)

Належить ПНВП «МІКРОТЕХ», м. Харків

(назва підприємства, організації)

Призначення (галузь застосування) для вимірювання зовнішніх розмірів

(стисла характеристика об'єкту, для якого призначено засіб вимірювальної техніки)

Умови проведення t = 22 °C; B = 52%

(температура, вологість тощо)

Результати метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Одержане значення метрологічної характеристики	Назва, тип, основні метрологічні характеристики робочих еталонів, застосованих під час атестації
Абсолютної похибка, мкм, не перевищує	± 10	Плоскопаралельні кінцеві міри довжини 3 розряду згідно з ДСТУ 3741-98

За результатами метрологічної атестації (протокол № 2289 від 12.07.2013 р.)Скоба важільна цифрова СРЦ-25-0,001; клас 2, зав. № 1112003

(назва, позначення атестованого ЗВТ)

визнано таким що відповідає МТ 06.03.002 ТЗ «Скоба рычажная». (МИКРОТЕХ).Техническое задание.

(назва технічної документації, що містить вимоги до метрологічних характеристик)

та придатним до застосування.

Повірку проводити відповідно до МПХ 03.1685-2007 «Скобы рычажные». (МИКРОТЕХ).

(назва та позначення документа, що містить методику повірки атестованого ЗВТ)

Методика поверки.

Міжповірочний інтервал – 12 місяців.

Директор ПНВП «МІКРОТЕХ»

Б.П. Крамаренко

Начальник калібрувальної лабораторії
ПНВП «МІКРОТЕХ»

Т.П. Гуз

Примітка 1. Форма свідоцтва про метрологічну атестацію відповідає вимогам ДСТУ 3215-95.

Примітка 2. Свідоцтво зберігають протягом усього періоду експлуатації ЗВТ (згідно з ДСТУ 3215-95).