

Допущенно в установленном
порядке для использования
в организациях заказчика

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ТВЕРДОСТИ РЕЗИНЫ
ТИПА ТИР-1

П А С П О Р Т
ГБ 2.773.019 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

Перв. примен.	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ									
	Прибор для определения сравнительной твердости резины типа ТИР внесен в Государственный реестр за № и утвержден к выпуску в обращение в стране. Изготовлен числа месяца года Ивановским заводом испытательных приборов. Заводской №									
Справ. №	2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ									
	2.1. Наименьшая предельная нагрузка, гс 50 2.2. Наибольшая предельная нагрузка, гс 850 2.3. Диапазон показаний, усл.ед. от 0 до 100 2.4. Рабочий диапазон измерения, усл.ед. от 20 до 100 2.5. Погрешность прибора по нагрузкам, усл.ед. ± 1,0 2.6. Вариация показаний по нагрузкам, усл.ед. 1,0 2.7. Погрешность перемещения индентора, усл.ед. ±1,0 2.8. Вариация показаний по перемещению индентора, усл.ед. 1,0 2.9. Цена деления отсчетного устройства, усл.ед. 1 2.10. Габаритные размеры, мм длина 28,5 ширина 74 высота 92 2.11. Масса, кг 0,175									
Подп. и дата						ГБ 2.773.019 ПС				
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прибор для определения сравнительной твердости резины типа ТИР-1. Паспорт	Лит.	Лист	Листов	
	Разраб.	Приоров						2	15	
Пров.	Приоров									
Н.контр.	Золкин									
Утв.	Майоров									

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
-------------	--------------	------	------------

Составные части изделия

Г6 2.773.019 СБ	Собственно прибор	1	В футляре
-----------------	-------------------	---	-----------

Укладка

Г6 2.773.062 СБ	Футляр	1	
-----------------	--------	---	--

Эксплуатационная
документация

Г6 2.773.062 ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз.	
-----------------	---	--------	--

Г6 2.773.019 ПС	Паспорт	1 экз.	
-----------------	---------	--------	--

Комплектность особых
поставок

Г6 4.113.002 СБ	Приспособление для работы на приборе ТИР-1 и его поверки	1	По отдельному заказу
-----------------	--	---	----------------------

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Г6 2.773.019 ПС	Лист
						3

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор для определения сравнительной твердости резины
типа ТИР-1, заводской № _____ соответствует техническим
условиям ТУ 25.06. -72 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

Начальник ОТК
Контрольный мастер

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Г6 2.773.019 ПС	Лист
						4

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прибор для определения сравнительной твердости резины
типа ТИР-1, заводской № _____ подвергнут на заводе ЗИП
консервации согласно требованиям, предусмотренным техни-
ческим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию произвел

/подпись/

Изделие после консервации

принял

/подпись/

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прибор для определения сравнительной твердости резины
типа ТИР-1, заводской № _____ упакован согласно требованиям,
предусмотренным техническим описанием и инструкцией по
эксплуатации.

Дата упаковки

Упаковку произвел

/подпись/

Изделие после упаковки

принял

/подпись/

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
ГБ 2.773.019 ПС				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				Лист
				5

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправность изделия и соответствие его технической характеристике в течение 18 месяцев.

Срок гарантии исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня его отгрузки с завода-изготовителя, для строящихся предприятий не более 27 месяцев.

Изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует изделия, если в течение указанного срока потребителем будут обнаружены отказы в работе или любое несоответствие их технической характеристике.

При этом безвозмездная замена или ремонт изделия производится изготовителем при условии соблюдения потребителями правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации изготовителя.

Ресурс изделия не должен быть менее 5 лет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Ресурс изделия не должен быть менее 5 лет.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГБ 2.773.019 ПС
					Лист 6

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОВЕРОЧНЫМИ ОРГАНАМИ

№ стро- ки	Наименование прибора	Завод- ской номер	Разряд, класс точно- сти, по- греш- ность	Предел измере- ния	Перио- дичность поверки	Дата поверки			
						20__г.		20__г.	
						Дата	Подпись поверителя	Дата	Подпись поверителя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Г6 2.773.019 ПС			

Лист
8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись представителя контролирующего органа
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ГБ 2.773.019 ПС

Лист
9

И-в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И-в. № дудл.	Подп. и дата

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ,
ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА

№№ пп	Основание /наименование документа/	Дата про- ведения изменений	Содержание проведенных работ	Характеристика работы изделия после произведён- ных изменений	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за про- веденное изменение	Примечание
----------	--	-----------------------------------	------------------------------------	--	---	------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГБ 2.773.019 ПС

Лист
10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ
ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№№ пп	Снятая часть			Вновь установленная часть		Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответствен- ного за произведение замены
	Наименование и обозначение	Заводской номер	Число отра- ботанных часов /цик- лов/	Причина выхода из строя	Наиме- нование и обоз- начение	Заводской номер

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ

Дата	Основание для установления категории	Установленная категория	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание
------	--------------------------------------	-------------------------	--	------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Г6 2.773.019 ПС

Лист
12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И
ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

Дата	Вид осмотра или проверки	Результат осмотра или проверки	Должность, фамилия и подпись проверяющего	Примечание
------	-----------------------------	-----------------------------------	--	------------

ГБ 2.773.019 ПС				

Лист
14

Лист регистрации изменений

[illegible][illegible]