



ПНВП «МІКРОТЕХ»

УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК

ДОБІРНОГО ПРОМИСЛОВОГО ІНСТРУМЕНТУ, УСТАТКУВАННЯ
ПІДТВЕРДЖЕНОЇ ЧАСОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ ТА РЕПУТАЦІЇ

з 1995р.



Зареєстрований торгівельний знак МІКРОТЕХ®
Зарегистрированный торговый знак МИКРОТЕХ®
Registered trade mark MICROTECH®

Офіс: 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 39

Тел.: (057) 761-45-60 Факс: (057) 739-03-50/(057) 739-03-46

E-mail: tool@microtech-ua.com [http : //www.microtech-ua.com](http://www.microtech-ua.com)

Свідоцтво

про метрологічну атестацію засобу вимірювальної техніки, на який не поширюється
державний метрологічний нагляд

№ 14-0577

від « 09 » квітня 2014 р.

Рівень прецизійний цифровий, УБЦ-170-М; зав. № 1404001

(назва засобу вимірювальної техніки, позначення, порядковий номер, дата виготовлення)

Виробник ПНВП «МІКРОТЕХ», м. Харків

(назва підприємства)

Належить ПНВП «МІКРОТЕХ», м. Харків

(назва підприємства, організації)

Призначення (галузь застосування) для вимірювання відхилення від горизонтального
положення плоских поверхонь та відхилення розміщення поверхонь по відношенню до
базової поверхні

(стисла характеристика об'єкту, для якого призначено засіб вимірювальної техніки)

Умови проведення t = 21 °C; B = 51 %

(температура, вологість тощо)

Результати метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики	Одержане значення метрологічної характеристики	Назва, тип, основні метрологічні характеристики робочих еталонів, застосованих під час атестації
Абсолютна похибка в діапазоні до ± 500 одиниць дискретності відліку, не перевищує	$\pm (1+A/50)$	Повірочна плита 00 класу точності згідно з ГОСТ 10905-86 Екзаматор 2 розряду згідно з ДСТУ ГОСТ 8.016:2009
Допуск площинності основи, мм, не перевищує	0,004	

За результатами метрологічної атестації (протокол № 0577 від 09.04.2014 р.)

Рівень прецизійний цифровий, УБЦ-170-М; зав. № 1404001

(назва, позначення атестованого ЗВТ)

визнано таким що відповідає МТ 10.11.005 ТЗ «Уровни прецизионные цифровые».
(МИКРОТЕХ). Техническое задание.

(назва технічної документації, що містить вимоги до метрологічних характеристик)

та придатним до застосування.

Повірку проводити відповідно до МП-01.45:2010 «Уровни прецизионные цифровые».
Методы и средства поверки.

(назва та позначення документа, що містить методику повірки атестованого ЗВТ)

Міжповірочний інтервал – 12 місяців.

Директор ПНВП «МІКРОТЕХ»

Б.П. Крамаренко

Начальник калібрувальної лабораторії
ПНВП «МІКРОТЕХ»

Т.П. Гуз

Примітка 1. Форма свідоцтва про метрологічну атестацію відповідає вимогам ДСТУ 3215-95.

Примітка 2. Свідоцтво зберігають протягом усього періоду експлуатації ЗВТ (згідно з ДСТУ 3215-95).

